



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.31.010.A № 45552/1

Срок действия до 22 февраля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители комбинированные Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2,
Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49158-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП РТ 1575-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2016 г. № 1805

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2016 г.

Серия СИ

№ 026088

Срок действия до 03 февраля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 февраля 2017 г. № 201

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2017 г.